



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“CĒSU KLĪNIKA”
Reģ.Nr. LV44103057729, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Norēķ.konts Nr. LV11UNLA0050017396827
A/S SEB banka
tāl. 64125730, 64125895, fakss 64125785
e-pasts: info@cesuklinika.lv
www.cesuklinika.lv

Iepirkuma konkursa
“Ķirurģisko un ginekoloģisko operāciju implantu un aprīkojuma iegāde un piegāde”
Iepirkuma ID Nr. 2017/30/VM/CK/9
LĒMUMS

Cēsis

2018. gada 6. februārī

Iepirkuma priekšmets: **“Ķirurģisko un ginekoloģisko operāciju implantu un aprīkojuma iegāde un piegāde”**

Iepirkuma identifikācijas Nr.: **2017/30/VM/CK/9**

Datums, kad iepirkums izsludināts IUB mājas lapā: **10.11.2017.**

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: **23.11.2017. plkst. 10:00**

Iepirkuma metode: **Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā**

Iepirkuma komisija: izveidota ar SIA “CĒSU KLĪNIKA” valdes priekšsēdētājas I. Liepas 2016. gada 5. oktobra rīkojumu Nr. 1.2-8/97.

Saņemto piedāvājumu skaits un piedāvātās līgumcenas EUR, bez PVN:

Daļas Nr.p.k.	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN				
	SIA “Medeksperts”	SIA “PEAN”	Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle	SIA “B.Braun Medical”	SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”
1.	11470,00	-	-	-	12694,60* (12694,00)
2.	6900,00	-	-	3000,00	-
3.	655,00	-	-	-	469,00
4.	825,00	379,50	1300,00	917,00	581,00
5.	2400,00	840,00	3900,00	1650,00	1440,00
6.	-	-	-	-	-
7.	2500,00	-	4130,00	-	-
8.	-	-	12465,00	-	-
9.	3575,00	3705,00* (2730,00)	-	-	3969,00

*-labota aritmētiskā kļūda

Pretendenta, piedāvājuma noraidīšanas pamatojums:

Daļas Nr.p.k.	Neatbilstība tehniskajai specifikācijai
SIA “B.Braun Medical”	
2.	Līmes ierīce neatbilst pasūtītāja noteiktajai precīzai dozēšanas iekārtai, iekārta nenodrošina precīzu pilienu dozēšanu.
5.	Piedāvātais izmērs 4,5x10 cm.
SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”	
3.	Piedāvātais svars 46 g/m2.
4.	Pretendents nav sniedzis papildinformāciju un iesniegtajos dokumentos nav norādīts

	piedāvātās preces pavadiena izmērs un pārraušanas spēks, kas ir būtiski rādītāji preces kvalitātes un tehniskās atbilstības noteikšanai.
5.	Piedāvātais izmērs 6x11 cm.
SIA "PEAN"	
4.	Piedāvātais poru izmērs 1,06x1,01 mm
5.	Piedāvātais poru izmērs 1,53x1,30 mm.
SIA "Medeksperts"	
7.	Piedāvātais garums 50 cm, piedāvātais platums 1 cm.
Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle	
7.	Piedāvātai medicīnas precei nav cilpas.

Piedāvājums ar viszemāko cenu EUR, bez PVN:

Daļas Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN
1.	SIA "Medeksperts"	11470,00
2.	SIA "Medeksperts"	6900,00
3.	SIA "Medeksperts"	655,00
4.	SIA "Medeksperts"	825,00
5.	SIA "Medeksperts"	2400,00
8.	Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle	12465,00
9.	SIA "Medeksperts"	3575,00

Lēmuma pieņemšanas datums: 06.02.2018.

Iepirkuma komisija vienbalsīgi ar 3 (trīs) balsīm nolēmj:

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Daļas Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN
1.	SIA "Medeksperts"	11470,00
2.	SIA "Medeksperts"	6900,00
3.	SIA "Medeksperts"	655,00
4.	SIA "Medeksperts"	825,00
5.	SIA "Medeksperts"	2400,00
8.	Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle	12465,00
9.	SIA "Medeksperts"	3575,00

Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība:

Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta divdesmit trešo daļu, pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekle:

Komisijas locekle:

/ Ingus Kliečis /

/ Liene Vegnere /

/ Sanita Sīle /